

**Республиканское унитарное предприятие
«МОЛОДЕЧЕНСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ»**

Свидетельство об уполномочивании на осуществление государственной поверки средств измерений
№ 25 от 24.11.2023

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ
№ 25-034073-0125**

**Дата государственной поверки «08» августа 2025 г.
Действительно до «07» августа 2026 г.**

Средства измерений Рулетка измерительная металлическая РНГ, тип Р10Н СТБ ИСО 4512

Идентификационный номер

Обязательные метрологические требования:

Длина шкалы: 10 м

Класс точности (погрешность): $\Delta = \pm 1,5$ мм

Заявитель ЗАО "Опика" г. Молодечно

Государственная поверка проведена в соответствии с методикой поверки:

МРБ МП. 2423-2014


с применением эталонов единиц величин: микрометр гладкий МК25 № 9920, диапазон измерений (0-25) мм, 1 класс; лупа измерительная ЛИ-3-10^{*} № 747, диапазон измерений $\pm 7,5$ мм, погрешность $\Delta = \pm 0,02$ мм; весы рычажные настольные циферблатные ВНЦ-10 № 4292, предел взвешивания от 0,1 до 10,0 кг, ц. д.5 г, средний класс точности; штангенрейсмас ШР-400-0,02 № 105, диапазон измерений (0-400) мм, погрешность $\Delta = \pm 0,02$ мм; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 № 51125651, диапазон измерений (0-125) мм, погрешность $\Delta = \pm 0,05$ мм; лента измерительная эталонная № 9375, длина шкалы 5 м, 3 разряд

Результаты государственной поверки (при необходимости):

На основании результатов государственной поверки средство измерений соответствует обязательным метрологическим требованиям и признано пригодным к применению.

Знак государственной поверки:

Государственный поверитель


подпись



Шкода Наталья Владимировна
расшифровка подписи

Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений, выполняемых с помощью данного средства измерений, до единиц величин Международной системы единиц (СИ), которые воспроизводятся через передачу в процессе поверки размера единицы величины от национального эталона единицы величины или эталона единицы величины иностранного государства средству измерений согласно схеме передачи размера единицы величины (поверочной схеме), установленной техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации по обеспечению единства измерений

Адрес юридического лица, уполномоченного на проведение государственной поверки, тел.:
г. Молодечно, ул. Галицкого, 8, 222304, тел./факс: (0176)551818, E-mail: poverka@mldcsms.by